



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 21.01.04.000.М.000194.06.18 от 09.06.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, хранение аппарата рентгеновского медицинского диагностического (технические характеристики источника в соответствии с приложением на 1 листе)

рентгенодиагностический кабинет. Адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 72 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический кабинет "Слава-Дент".

Местонахождение: Чувашская Республика- Чувашия, город Чебоксары, улица Кукшумская, дом 11 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение ООО "МТА-Эксперт" № 269 от 30.05.2018 г., протокол радиационного контроля № 3860-ДК от 04.04.2018 г., аттестат аккредитации № RA.RU.710248 от 23.10.2017 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 09.06.2023 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2839567



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 21.01.04.000.М.000194.06.18 ОТ 09.06.2018 г.

условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, хранение аппарата рентгеновского медицинского диагностического

1. Подразделение, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический кабинет ООО "СК "Слава-Дент" по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 72.
2. Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность на объекте: директор В.Г. Тихонов, приказ о возложении ответственности от 20.02.2018 г. № 1-РБ.
3. Разрешаются работы с источниками ионизирующего излучения:
 - 3.1. Вид и характеристика источников ионизирующего излучения:
Работы с устройствами, генерирующими излучение: аппарат рентгеновский дентальный eXpert DC, зав. № 3212117, год выпуска - 2017, анодное напряжение - 65 кВ.
 - 3.2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранение аппарата рентгеновского дентального eXpert DC.
 - 3.3. Места проведения работ: рентгенодиагностический кабинет ООО "СК "Слава-Дент" по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 72.
 - 3.4. Ограничительные условия: не допускается работа персонала группы "А" без средств индивидуальной защиты и дозиметрического контроля.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

